
EMPIECE AQUÍ

Capitainer® B10 Vanadate


Instrucciones de uso del kit de recogida de sangre

INCLUIDO EN EL KIT DE RECOGIDA DE MUESTRAS.

Para un solo uso.




(a) Tarjeta de recogida de muestras *Capitainer®B10V*



(b) Almohadilla desinfectante (x2)



(c) Lanceta desechable (x2)



(d) Gasa



(e) Vendaje x2)



(f) Bolsa de secado *Capitainer®*

También necesitará:

- Una ID de muestra de su proveedor de kits
- Instrucciones para enviar la muestra al laboratorio



ID de muestra

01 PREPARACIÓN › 02 RECOGIDA › 03 EMBALAJE Y DEVOLUCIÓN

01 PREPARACIÓN

Advertencias y precauciones


- Utilice la tarjeta en los 30 minutos siguientes a su apertura.
- No doble ni retuerza la tarjeta.
- Deje la tarjeta sobre la mesa mientras toma la muestra; no la sostenga.

1

Lea primero

- Lea todas las instrucciones antes de empezar.
- Escanee el código QR para ver el vídeo.


2



Prepare el material

- Póngase de pie o siéntese en una mesa.
- Coloque todos los elementos en la mesa.
- Abra la tarjeta de recogida de muestras (a), la gasa (d) y los empaques de vendaje (e).

3



Prepare la tarjeta

- Abra la tapa de la tarjeta de recogida de muestras (a).
- No toque los pocillos de la muestra.
- Coloque la tarjeta sobre la mesa.


02 RECOGIDA

Es importante que las manos estén calientes para favorecer un buen flujo sanguíneo.

Puede:

- Hacer ejercicio
- Sostener una taza caliente
- Poner la mano en agua tibia


1



Caliéntese las manos

- Caliéntese la mano durante 2-3 minutos.
- Lávese las manos con agua tibia y jabón.
- Séquese las manos con una toalla limpia.


2



Prepare el dedo

- Elija un dedo corazón o anular.
- Limpie el dedo con una almohadilla desinfectante (b).
- Deje que el dedo se seque durante 15 segundos.


3



Prepare la lanceta

- Desenrosque la tapa de la lanceta (c) (no tire de ella).


4



Pinche el dedo

- Presione el pulgar contra la yema del dedo.
- Coloque la lanceta (c) en el lateral de la yema del dedo.
- Presione firmemente para activar la lanceta.


5



Llene un pocillo de muestra

- Deje de presionar con el pulgar y limpie la primera gota de sangre con la gasa (d).
- Deje que se forme una nueva gota de sangre grande.
- ⚠ Gota demasiado pequeña = recogida de muestra fallida.
- Coloque la gota de sangre grande en un pocillo de muestra.
- Utilice solo una gota. Un mayor número de gotas puede dar lugar a una muestra incorrecta.


6



Llene el otro pocillo de muestra

- Deje que se forme una nueva gota de sangre grande.
- Coloque la gota de sangre grande en el otro pocillo de muestra.
- Detenga el sangrado con la gasa (d).
- Aplique el vendaje (e).

7



Compruebe las ventanas de control


- Después de unos 30 segundos, compruebe que la muestra se ha recogido correctamente. Las ventanas de control deben mostrar un color rojo.

03

EMBALAJE Y DEVOLUCIÓN

Deseche todos los materiales usados.

1



Finalización

- Etiquete su tarjeta de recogida de muestras (a).
- Cierre la tapa y coloque la tarjeta de recogida de muestras en la bolsa de secado (f).
- Cierre la solapa.
- Devuelva la muestra según las instrucciones de su proveedor de la prueba.