
EMPIECE AQUÍ

Capitainer®B50


Instrucciones de uso del kit de recogida de sangre

INCLUIDO EN EL KIT DE RECOGIDA DE MUESTRAS.

Para un solo uso.




(a) Tarjeta de recogida de muestras *Capitainer®B50*



(b) Almohadilla desinfectante (x2)



(c) Lanceta desechable (x2)



(d) Gasa



(e) Vendaje x2)



(f) Bolsa de secado *Capitainer®*

También necesitará:

- Una ID de muestra de su proveedor de kits
- Instrucciones para enviar la muestra al laboratorio



ID de muestra

01 PREPARACIÓN > 02 RECOGIDA > 03 EMBALAJE Y DEVOLUCIÓN

01 PREPARACIÓN

Advertencias y precauciones


- Utilice la tarjeta en los 30 minutos siguientes a su apertura.
- No doble ni retuerza la tarjeta.
- Deje la tarjeta sobre la mesa mientras toma la muestra; no la sostenga.

1

Lea primero

- Lea todas las instrucciones antes de empezar.
- Escanee el código QR para ver el vídeo.


2



Prepare el material

- Póngase de pie o siéntese en una mesa.
- Coloque todos los elementos en la mesa.
- Abra la tarjeta de recogida de muestras (a), la gasa (d) y los envases de vendaje (e).

3



Prepare la tarjeta

1
- Abra la tapa de la tarjeta de recogida de muestras (a). No toque los canales.

2
- Doble hacia atrás la lengüeta para formar un soporte.


3
- Coloque la tarjeta sobre la mesa con los canales mirando hacia arriba.

02
RECOGIDA

Es importante que las manos estén calientes para favorecer un buen flujo sanguíneo.


Puede:
- Hacer ejercicio.
- Sostener una taza caliente.
- Poner la mano en agua tibia.

1




Caliéntese las manos
- Caliéntese la mano durante 2-3 minutos.
- Lávese las manos con agua **tibia** y jabón.
- Séquese las manos con una toalla limpia.

2




Prepare el dedo
- Elija un dedo corazón o anular.
- Limpie el dedo con una almohadilla desinfectante (b).
- Deje que el dedo se seque durante 15 segundos.

3



Prepare la lanceta
- Desenrosque la tapa de la lanceta (c) **(no tire de ella)**.

4




Pinche el dedo
- Presione el pulgar contra la yema del dedo.
- Coloque la lanceta (c) en el lateral de la yema del dedo.
- Presione firmemente para activar la lanceta.
- Un solo pinchazo en el dedo debería llenar ambos canales.

5




Llene uno de los canales
- Deje de presionar con el pulgar y limpie la primera gota de sangre con la gasa (d).
- Deje que se forme una nueva gota de sangre **grande**.
- Llene el canal con sangre.
- Asegúrese de que la sangre entre **en el canal**, no en la parte superior.
- Llene hasta la línea de tope con tantas gotas de sangre como sea necesario.

6



Llene el otro canal
- Llene el otro canal hasta la línea de tope con el mismo dedo si todavía sigue sangrando. **Si no es así, realice una segunda punción dactilar en otro dedo empezando con el paso 1.**
- Una vez que se hayan llenado ambos canales, detenga el sangrado con la gasa (d).
- Aplique el vendaje (e).

7



Compruebe la ventana de control


Nota: Los canales deberían vaciarse en unos minutos, como se muestra arriba. Si no es así, espere 30 minutos antes del siguiente paso.

03 EMBALAJE Y DEVOLUCIÓN

03
EMBALAJE Y DEVOLUCIÓN

Deseche todos los materiales usados.

1



Finalización
- Etiquete la tarjeta de recogida de muestras (a).
- Pliegue el soporte hacia abajo, retire la lámina adhesiva de la lengüeta y cierre la lengüeta protectora sobre los canales.
- Introduzca la tarjeta cerrada en el sobre de secado (f) y cierre la solapa.
- Devuelva la muestra según las instrucciones de su proveedor de la prueba.