
EMPIECE AQUÍ

Capitainer®SEP10


Instrucciones de uso del kit de recogida de sangre

INCLUIDO EN EL KIT DE RECOGIDA DE MUESTRAS.

Para un solo uso.




(a) *Tarjeta de recogida de muestras Capitainer®SEP 10*



(b) Almohadilla desinfectante (x2)




(c) Lanceta desechable (x2)



(d) Gasa



(e) Vendaje (x2)



(f) Bolsa de secado *Capitainer®*

También necesitará:

- Una caja de 1-2 cm de alto para utilizarla como soporte durante la recogida de la muestra
- Una ID de muestra de su proveedor de kits
- Instrucciones para enviar la muestra al laboratorio



ID de muestra

01 PREPARACIÓN > 02 RECOGIDA > 03 EMBALAJE Y DEVOLUCIÓN

01 PREPARACIÓN

Advertencias y precauciones


- Utilice la tarjeta en los 30 minutos siguientes a su apertura.
- No doble ni retuerza la tarjeta.
- Deje la tarjeta sobre la mesa mientras toma la muestra; no la sostenga.

1

Lea primero

- Lea todas las instrucciones antes de empezar.
- Escanee el código QR para ver el vídeo.


2



Prepare el material

- Póngase de pie o siéntese en una mesa.
- Coloque todos los elementos en la mesa.
- Abra la tarjeta de recogida de muestras (a), la gasa (d) y los envases de vendaje (e).

3



Prepare la tarjeta

- Abra la tapa de la tarjeta de recogida de muestras (a).
- No toque los canales.
- Coloque la tarjeta encima de la caja, con los canales sobre el borde.

02 RECOGIDA

Es importante que las manos estén calientes para favorecer un buen flujo sanguíneo.

Puede

- Hacer ejercicio.
- Sostener una taza caliente.
- Poner la mano en agua tibia.


1



Caliéntese las manos

- Caliéntese la mano durante 2-3 minutos.
- Lávese las manos con agua **tibia** y jabón.
- Séquese las manos con una toalla limpia.


2



Prepare el dedo

- Elija un dedo corazón o anular.
- Limpie el dedo con una almohadilla desinfectante (b).
- Deje que el dedo se seque durante 15 segundos.


3



Prepare la lanceta

- Desenrosque la tapa de la lanceta (c) (no tire de ella).


4



Pinche el dedo

- Presione el pulgar contra la yema del dedo.
- Coloque la lanceta (c) en el lateral de la yema del dedo.
- Presione firmemente para activar la lanceta.


5



Llene un canal

- Deje de presionar con el pulgar y limpie la primera gota de sangre con la gasa (d).
- Deje que se forme una nueva gota de sangre **grande**.
- Coloque la gota de sangre grande en el lateral del canal, no encima de él.
- Llene hasta la línea de tope.


6



Llene el otro canal

- Llene el otro canal hasta la línea de tope con el mismo dedo si todavía sigue sangrando. Si no es así, realice una segunda punción dactilar en otro dedo empezando con el paso 1.
- No añada más sangre una vez que el canal esté lleno.


7



Incline la tarjeta

- Cuando haya terminado de recoger la muestra en los dos canales, incline la tarjeta hasta formar un ángulo de 90°, con los canales orientados hacia arriba, durante 2 segundos.

8



Compruebe las ventanas de control


- Deje la tarjeta en posición horizontal durante 30 minutos.
- Detenga el sangrado con la gasa (d).
- Aplique el vendaje (e).
- Después de 30 minutos, compruebe que ambos canales estén vacíos y que las ventanas de control presenten un ligero color azul.

03

EMBALAJE Y DEVOLUCIÓN

Deseche todos los materiales usados.

1



Finalización

- Etiquete la tarjeta de recogida de muestras.
- Introduzca la tarjeta cerrada en el sobre de secado (f).
- Cierre la solapa.
- Devuelva la muestra según las instrucciones de su proveedor de la prueba.